

Auswahlhilfe TBX-H PerfectZero

Elf Fragen zur passenden beheizten Messgasleitung – ausfüllen und mit Ihrer Anfrage senden

Firma / Anlage / Messstelle

Datum

Ansprechpartner

Nr.	Frage	Warum wichtig	Ihre Angabe
MESSAUFGABE			
1	Welche Komponenten messen Sie?	CO, NO _x , O ₂ , SO ₂ , NH ₃ , HCl ... bestimmen Werkstoff (PTFE/PFA) und Haltetemperatur	
2	Wie klein ist Ihr CO-Messbereich?	Bei kleinen CO-Messbereichen und 180–200 °C verhindert PerfectZero einen Messuntergrund	
3	Welche Haltetemperatur brauchen Sie?	Säuretaupunkt schwefelhaltiger Rauchgase bis ca. 150–155 °C; TBX-H bis 200 °C	
LEITUNG UND VERLEGUNG			
4	Wie lang ist die Strecke?	Bis 450 m am Stück fertigbar; Heizkreislänge je nach Heizband und Spannung	
5	Wie viele Messwege, welcher Durchmesser?	1 oder 2 Messwege; 6×1 / 8×1 mm metrisch oder zöllig	
6	Welche Zusatzleitungen?	Kalibrier- und Medienleitung, Kabel, Temperaturfühler integrierbar	
7	Wie wird verlegt?	Biegeradius Flex 4–5 ×, Standard 8–10 × Außendurchmesser; Umgebung –20...+70 °C	
ANSCHLUSS UND LIEFERUNG			
8	Welche Spannung steht zur Verfügung?	230 / 120 V oder 400 / 480 V	
9	Konfektion ab Werk oder vor Ort?	Anschlussfertig ab Werk oder mit PSG-Konfektionskit	
10	Temperaturregler benötigt?	Externer Regler, z. B. ST49, vorparametriert für PSG-Leitungen	
11	Bis wann brauchen Sie die Leitung?	Standard ca. 2 Wochen, mit Konfektion ca. 3 Wochen; Sonderausführungen länger	

Auswahlhilfe ausgefüllt?

Senden an info@perfectsamplegas.de · Termin mit Jonas Mayer: calendly.com/j-mayer/45min · +49 6146-8329110