

Rücksendung / Wartungs- und Reparaturauftrag

Verpackung und Versand

Wenn Sie ein Gerät zur Wartung oder Reparatur an AGT-PSG senden möchten, beachten Sie bitte folgende Hinweise zu Verpackung und Versand:

Nutzen Sie die Originalverpackung des Gerätes. Falls diese nicht mehr vorhanden ist, nutzen Sie eine andere stabile Verpackung in der das Gerät vor Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen gut geschützt ist. Sorgfältig handhaben. Starke Schläge verursachen irreparable Schäden.

AGT-PSG akzeptiert nur Lieferungen, die äußerlich unbeschädigt sind. Gewährleisten Sie einen Transport in aufrechter Position. Eventuelles Kippen kann bestimmte Geräteteile irreparabel beschädigen. Am besten verzurren Sie das einzelne Paket auf einer Palette. Pakete nicht stapeln. Kennzeichnen Sie Ihre Sendung mit entsprechenden Symbolen:



Füllen Sie dieses Formular und die nachfolgende Dekontaminationserklärung vollständig aus. Senden Sie das Gerät zusammen mit den Formularen DDP (Delivery Duty Paid – AGT-PSG akzeptiert nur Anlieferungen, deren Fracht und Zoll vollständig bezahlt sind) an:

AGT-PSG GmbH & Co.KG
Weißkirchener Str. 3
61449 Steinbach
Deutschland

Informieren Sie AGT-PSG per E-Mail (info@perfectsamplegas.de) über den Versand des Gerätes und den voraussichtlichen Liefertermin. Bitte fügen Sie Ihrer E-Mail Scans der ausgefüllten Dokumente bei.

Absende-/Rücklieferungs-Adresse und Ansprechpartner

Absender:

Rücklieferung an:

☐ gleiche Adresse wie Absender

Ansprechpartner (Name, E-Mail, Telefon):

Rücksendung / Wartungs- und Reparaturauftrag

Dekontaminationserklärung

Die gesetzlichen Vorschriften erfordern, dass Sie die Dekontaminationserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. Die Angaben dienen zum Schutz unserer Mitarbeiter. Bringen Sie die Bescheinigung an der Verpackung an. Eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages ist sonst nicht möglich.

Gerätetyp		Bezeichnung/Art.-Nr.		Seriennummer	
Rücksendegrund: (bitte ankreuzen, Detailbeschreibung in Bemerkungen)					☐ Service/Betr.Std.
Bereich	☐ Kältekompressor	☐ Gaskreislauf	☐ Steuerung	☐ Lüfter	☐ Kondensatpumpen
Grund 1	☐ Abkühltemperatur		☐ Ausfall	☐ Ausfall	☐ Ausfall ☐ Geräusche
Grund 2	☐ Undicht ☐ Verstopft		☐ falsche Werte	☐ Geräusche	☐ Undicht ☐ Verstopft

Um eine schnellstmögliche Bearbeitung zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Einsatzbedingungen des Kühlers auszufüllen:

Volumenstrom pro Gasweg	l/h
Eingangstaupunkt / Eingangsfeuchte	°C / %
Gaseintrittstemperatur	°C
Umgebungstemperatur	°C

Bemerkungen (Detailbeschreibung):

- ☐ Hiermit bestätige ich, dass das oben spezifizierte Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem Produkt bestehen.

Ansonsten ist die Gefährdung genau zu beschreiben:

			
☐ explosiv	☐ giftig/tödlich	☐ entzündlich	☐ brandfördernd
			
☐ umweltgefährdend	☐ ätzend	☐ gesundheitsgefährdend	☐ gesundheitsschädlich
☐ flüssig	☐ Fest	☐ pulvrig	☐ gasförmig

Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des Gefahrstoffes bei!

Firma, Ansprechpartner

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift